

GEBRUIKSAANWIJZING



■ QC Microbiology Slides

BEOOGD GEBRUIK

De **objectglasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie** zijn objectglasjes met preparaten voor de microscoop die specifieke organismekolonies met bekende en voorspelbare kenmerken bevatten. Deze objectglasjes ondersteunen formele kwaliteitscontroleprogramma's en dienen als kwaliteitscontroletests voor de verificatie van prestaties van kleurreagentia, kleuringmethoden en de prestaties van het personeel dat microscooponderzoeken interpreteert.

SAMENVATTING EN VERKLARING

Een betrouwbare bron van microbiologische objectglasjes is essentieel. Microscopische objectglasjes met preparaten die specifieke organismekolonies bevatten van gekende en voorspelbare kleuringkenmerken en microscopische morfologie worden gebruikt in kwaliteitscontrole-, onderwijs- en vaardigheidsprogramma's.

Het gebruik van objectglasjes met preparaten die gefixeerde testorganismen bevatten is goed gedocumenteerd en aanbevolen als kwaliteitscontroletests. **De objectglasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie** bestaan uit zes groepen van objectglasjes met preparaten voor de microscoop, waaronder:

- Zuurvaste kleuringcontroles
- Bloedparasieten
- Weefselschimmels
- Darmparasieten
- Gramkleuringcontroles
- Mycologiecontroles

PRINCIPE

Elk objectglasje voor kwaliteitscontrole van Microbiologie is gelabeld met de beschrijving van het objectglasje. In de productbeschrijving worden de details van het testmateriaal op ieder objectglasje gegeven en de refentienotatie van (ref....) geeft informatie aangaande het feitelijk gebruik van het testmateriaal in het laboratorium.



SAMENSTELLING

Objectglasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie worden verpakt in een doos met 5 of 10 objectglasjes. Ieder doos bevat:

- Een of twee luchtgedroogde, niet-levensvatbare en geconserveerde organismekolonies
- Gebruiksaanwijzing

De details van de gespecificeerde organismekolonies en de methode van conservering worden vermeld in de productbeschrijving hieronder.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN

- Deze producten zijn alleen voor gebruik in vitro.
- Niet bedoeld voor consumptie door mensen, dieren of huisdieren.
- **Objectglasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie** bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals vermeld in 67/548/EEC of in 1272/2008/EC.
- Zie het VIB voor gedetailleerdere informatie. Het SDS kunt u vinden op onze website op www.microbiologics.com of u kunt contact opnemen met Technical Support op **1.320.229.7045**.
- Vanwege de niet-levensvatbare aard van deze producten zijn deze niet geklasseerd als biologisch gevaarlijk materiaal.
- Houd rekening met letsels door breuk wanneer u de objectglasjes weggooit. Voer de objectglasjes af volgens uw laboratoriumprotocol en in navolging van de wettelijke voorschriften.
- **Objectglasjes Microbiology Slides** are not made with natural rubber latex.

BENODIGDE MAAR NIET MEEGELEVERDE MATERIALEN

- De kleurreagentia en de materialen die bij elk laboratoriumprotocol staan vermeld, zijn niet meegeleverd.
- De apparatuur en de materialen die voor elk microscopisch onderzoek nodig zijn en die bij elk laboratoriumprotocol staan vermeld, zijn niet meegeleverd.

GEBRUIKSAANWIJZING

De objectglasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie zijn gereed voor kleuring. Er zijn geen extra behandelingen of procédés vereist.

1. Kleur het objectglasje volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het kleurreagens of de kleurmethode van uw laboratorium.
2. Onderzoek de gekleurde uithollingen onder de microscoop (bijvoorbeeld olie-immersie).
3. Noteer de testresultaten volgens het kwaliteitscontroleprotocol van uw laboratorium.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

De objectglasjes voor kwaliteitscontrole van Microbiologie moeten worden bewaard bij kamertemperatuur (15°C tot 30°C), onder droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking om de nadelige invloed van hitte, vocht en stof te voorkomen. Wanneer de objectglasjes onder de aangegeven omstandigheden worden opgeslagen, behouden de micro-organismen tot aan de uiterste houdbaarheidsdatum op het label de specificaties en de prestaties, binnen de limieten die zijn aangegeven.

De objectglasjes voor kwaliteitscontrole van **Microbiologie** niet gebruiken als:

- ze onjuist werden bewaard;
- er aanwijzingen zijn voor overmatige blootstelling aan warmte of vocht;
- de vervaldatum is verstreken.

BEPERKINGEN

Dit product is mogelijk niet geschikt voor gebruik met alle kits en procedures. Zie de instructies van de fabrikant van de kit voor monstergegevens. Alleen voor professioneel gebruik.

MICROBIOLOGISCHE STATUS

Dit monster bevat gefixeerde, niet-kevensvatbare organismen.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN



Batchcode (partij)



Fabrikant



In vitro diagnostisch medisch hulpmiddel



Temperatuurlimieten



Catalogusnummer



Te gebruiken



Voorzichtig, raadpleeg de bijgeleverde



CE-merkteken



Raadpleeg de gebruiksinstructies



Geautoriseerd
vertegenwoordiger in de
Europese Gemeenschap

PRODUCTGARANTIE

Er wordt gegarandeerd dat deze producten voldoen aan de specificaties en de werking als vermeld en geïllustreerd in productbijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur. De expliciete of impliciete garantie wordt beperkt als:

- de in het laboratorium gebruikte procedures in strijd zijn met de vermelde en geïllustreerde aanwijzingen en instructies
- de producten worden gebruikt voor andere toepassingen dan het beoogde gebruik als vermeld in productbijsluiters, instructies en ondersteunende literatuur

WEBSITE

Bezoek onze website **www.microbiologics.com** voor actuele technische informatie, beschikbaarheid van producten, opruimen van biologisch gevaarlijk materiaal, groeivereisten en analysecertificaat.

CONTACTGEGEVENS



Microbiologics, Inc.

200 Cooper Avenue North
St. Cloud, MN 56303 Verenigde Staten

Klantenservice

Tel: 320-253-1640
US gratis 800-599-BUGS (2847)
E-mail: info@microbiologics.com

Technische ondersteuning

Tel: 320-229-7045
US gratis: 866-286-6691
E-mail: techsupport@microbiologics.com
www.microbiologics.com



MediMark® Europe

11, rue Emile Zola B.P. 2332
38033 Grenoble Cedex 2, France
Tel. 33 (0)4 76 86 43 22
Fax. 33 (0)4 76 17 19 82
Email: info@medimark-europe.com



*Het ATCC Licensed Derivative-embleem, het ATCC Licensed Derivative-woordmerk en de markeringen in de ATCC-catalogus zijn handelsmerken van ATCC. Microbiologics Inc. is gelicentieerd om deze handelsmerken te gebruiken en producten te verkopen die afgeleid zijn van ATCC®-culturen.